

1. Tətbiq olunan metodlar

Aşağıdakı laboratoriya proseduraları layihə tapşırıqlarının icrası üçün sifarişçi tərəfindən təsdiqlənib:

PP kod	Test Parametri	Test Vahidi	Ref Metod	Texnika	LOD	MU, %	Limitlər
2230C01	Iodine (I)	ug/L	Analytical Sc, October 1995, Vol.11	ICP-MS	25	10	125
2300A08	Calcium (Ca)	mg/L	ISO_11885	ICP-OES	0.003	10	130
2300A15	Potassium (K)	mg/L	ISO_11885	ICP-OES	0.009	10	12
2300A17	Magnesium (Mg)	mg/L	ISO_11885	ICP-OES	0.003	10	65

2. Nümunəgötürmə və nümunələrin qeydiyyatı

Nümunəgötürmə Azecolab tərəfindən icra edilmişdir..

Nümunələr Azecolab nümayəndəsi tərəfindən laboratoriyaya çatdırılmışdır.

Cədvəl 1 Nümunələrin qeydiyyatı üzrə məlumat

Çat/Tarixi	Çat/Saatı	Nüm/Tarixi	Nüm/Saatı	Nümunəgötürmə nöqtəsi	Matriks	Konteyner	LabN
02/05/25	14:30	02/05/25	13:35	Nəsimi r. Şamil Əzizbəyli 88 ünvanından zənginləşdirilmiş su	PotW	1000DP-NP-<8C	23462-01

3. Test nəticələri

	Nüm/Tarixi	02/05/25	Specifications
	Nüm/Nöqtə	Nəsimi r. Şamil Əzizbəyli 88 ünvanından zənginləşdirilmiş su	
	Nüm/Matrisa	PotW	
Test Parametrləri	Vah↓NümN→	23462-01	
Iodine (I)	ug/L	<25	125
Calcium (Ca)	mg/L	3.37	130
Potassium (K)	mg/L	0.174	12
Magnesium (Mg)	mg/L	0.483	65

4. Hesabatın baxış tarixçəsi

ReviziyaN#	Tarix	Reviziya təsviri
1	06/05/25	Hesabat hazırlandı və təsdiq olundu

- HESABATIN SONU -

Bu hesabatın nüsxəsi AZECOLAB COMPANY MMC-nin yazılı icazəsi olmadan qismən çap edilərək çoxaldıla bilməz.
İmzasız hesabatlar etibarsızdır.